

***** Prüfprotokoll *****

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 123109

Bemerkungen:

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 16.03.2020

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N]		F - Prüfkopf [N]
20086	;	19322
20013	;	19292
19988	;	19370
20220	;	19481
20147	;	19430
20223	;	19448
20208	;	19388
20013	;	19373
20007	;	19214
20142	;	19388
<hr/>		
Mittelwert	;	Mittelwert
20105	;	19371

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.038

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.038

***** Prüfprotokoll *****

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 123109

Bemerkungen:

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 16.03.2020

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N]	;	F - Prüfkopf [N]
32904	;	31977
32528	;	31588
32330	;	31252
32574	;	31327
32234	;	31240
32491	;	31324
32496	;	31441
32446	;	31336
32311	;	31195
32404	;	31243
<hr/>		
Mittelwert	;	Mittelwert
32472	;	31392

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.034

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.034
