

\*\*\*\*\* Prüfprotokoll \*\*\*\*\*

---

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 84389

Bemerkungen:

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: Vidakovich

Datum: 02.06.2020

\*\*\* Prüfwerte \*\*\*

F - Kraftsensor [N]	;	F - Prüfkopf [N]
30787	;	30084
31988	;	31240
31629	;	30776
32558	;	31585
32202	;	31432
32476	;	31603
32781	;	31899
32769	;	31932
32676	;	31816
32348	;	31603

---

Mittelwert	;	Mittelwert
32221	;	31397

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):  
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.026

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:  
(Kraftfaktor Alt \* Kraftfaktor Neu) = 1.026

---

\*\*\*\*\* Prüfprotokoll \*\*\*\*\*

---

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 84389

Bemerkungen:

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: Vidakovich

Datum: 02.06.2020

\*\*\* Prüfwerte \*\*\*

F - Kraftsensor [N]	;	F - Prüfkopf [N]
19982	;	19247
19918	;	19448
20037	;	19304
20046	;	19415
20028	;	19379
20182	;	19421
19930	;	19307
20180	;	19421
19862	;	19157
20135	;	19379

---

Mittelwert	;	Mittelwert
20030	;	19348

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):  
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.035

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:  
(Kraftfaktor Alt \* Kraftfaktor Neu) = 1.035

---