

Calibration Certificate



***** Prüfprotokoll *****

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 243195

Bemerkungen: 1050_standard

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 06.03.2024

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N]	;	F - Prüfkopf [N]
33138	;	32151
32619	;	31747
32689	;	31891
32793	;	31528
32183	;	31303
32696	;	31555
32382	;	31306
32356	;	31339
32686	;	31291
32601	;	31240

Mittelwert	;	Mittelwert
32614	;	31535

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.034

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.034

***** Prüfprotokoll *****

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 243195

Bemerkungen: 1050_compact

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 06.03.2024

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N]	;	F - Prüfkopf [N]
21440	;	20538
20244	;	19469
19776	;	19103
19743	;	19139
19737	;	18971
19812	;	18950
19732	;	19016
19789	;	18992
19848	;	18968
19655	;	18929

Mittelwert	;	Mittelwert
19978	;	19208

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.040

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.040