

***** Prüfprotokoll *****

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 165784

Bemerkungen: 1063_standard

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 19.03.2024

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N]	;	F - Prüfkopf [N]
32415	;	31762
32551	;	31708
32267	;	31435
32514	;	31768
32348	;	31513
32299	;	31672
32459	;	31726
32568	;	31798
32532	;	31792
31776	;	31112

Mittelwert	;	Mittelwert
32373	;	31629

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.024

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.024

Calibration Certificate



***** Prüfprotokoll *****

Kalibriertes Prüfgerät: Prüfstand ROMAX Compact / 3000

Gesamtzähler: 165784

Bemerkungen: 1063_compact

Dieses Prüfgerät wurde kalibriert von: t_seth

Datum: 19.03.2024

*** Prüfwerte ***

F - Kraftsensor [N]		F - Prüfkopf [N]
21119	;	20317
20728	;	19702
20587	;	19642
20441	;	19592
20421	;	19699
20530	;	19532
20508	;	19609
20443	;	19600
20455	;	19618
20519	;	19472

Mittelwert	;	Mittelwert
20575	;	19678

Berechneter Kraftfaktor (Abweichung):
(F-Kraftsensor / F-Prüfgerät) = 1.046

Kraftfaktor Alt = 1.000

Kraftfaktor Neu:
(Kraftfaktor Alt * Kraftfaktor Neu) = 1.046